



Zamość, 04-05.2022 r.

L.dz. 116.2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę 28 łóżek ortopedycznych/rehabilitacyjnych-
zapytanie ofertowe 1PBU2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmienione w dniach 7,12,19
kwietnia 2022 r. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Podręczniku
Programu Część I – Aplikant, wersja aktualna zaakceptowana przez Wspólny Komitet
Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
2014-2020” i załącznikiem nr 10 do Podręcznika- „Ogólnymi zasadami udzielania zamówień
przez beneficjentów w ramach projektów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-
BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020”.

Zamawiający – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem
w Zamościu informuje, że **unieważnił powyższe postępowanie.**

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z pkt 6.4.5.1.2.5 Podręcznika Programu Część I – Aplikant „Przedmiot zamówienia jest opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z wykorzystaniem precyzyjnych i zrozumiałych warunków, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą wpłynąć na przygotowanie oferty.” Jednocześnie jak wynika z wyroków KIO: **niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert,** stanowi wystarczającą podstawę do unieważnienia postępowania stanowiąc wadę niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. (sygn. akt KIO 1747/19, KIO 2176/19). Zamawiający nie spełnił tych wymagań odnośnie opisu przedmiotu zamówienia w części opisu materaca, który miał być dostarczony łącznie z łóżkiem ortopedycznym/rehabilitacyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w dniu 6 kwietnia 2022 r. opublikował w Bazie Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>) i na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe 1PBU2022- nr 2022-12860-102513 na dostawę 28 łóżek ortopedycznych/rehabilitacyjnych. Zmiany zapytania ofertowego wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25-04-2022 r. do godz. 12.00 z 07.04.2022 r, 12.04.2022 r. i 19.04.2022 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.spdn.pl. Odpowiedzi na pytania z dnia 06.04.2022 zostały opublikowane w dniu 07.04.2022 r., na pytania z 10.04.2022 r. zostały opublikowane w dniu 12.04.2022 r. a na pytania z dnia 14.04.2022 r. zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19-04-2022r. 8 złożonych poprzez Bazę Konkurencyjności pytań dotyczyło opisu przedmiotu zamówienia w części łóżko rehabilitacyjne. Pytań odnośnie materaca do łóżka nie złożono.

W odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe wpłynęło w terminie 6 ofert. W postępowaniu odrzucono trzy oferty: ofertę Medeir Przemysław Fila z Zielonej Góry, ofertę Metalowiec sp. z o.o. z Namysłowa oraz ofertę FHU REH-MAR Mariusz Liboza z Gliwic. Odrzucone oferty nie spełniały warunków postępowania, zaś jedna z ofert nie została podpisana w sposób ważny.

Trzy oferty zostały poddane ocenie przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Oceniającą:

Oferta CENTROMEDIC sp. z o.o. uzyskała 54,85 pkt., oferta PHU Technomex Sp. zo.o. 90,00 pkt., zaś oferta Rodion Sp. zo.o. 89,60 pkt.

26 kwietnia 2022 r. Zamawiający upublicznił na Bazie Konkurencyjności, stronie www.spdn.pl oraz przekazał wszystkim oferentom wyniki postępowania i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PHU Technomex sp. z o.o.

Po ogłoszeniu wyników postępowania Zamawiający odebrał wiadomość e-mail od firmy Rodion Sp. z o.o. wzywającą do przekazania deklaracji zgodności lub certyfikatu materaca przeciwoleżynowego zaoferowanego przez PHU Technomex sp. z o.o. Zamawiający odpowiedział firmie Rodion Sp. z o.o. odmownie podczas rozmowy telefonicznej dniu 26.04.2022 r. i potwierdził odmowną odpowiedź w formie pisemnej e-mailem w dniu 28.04.2022 r. powołując się na zapisy regulujące stosowanie zasady konkurencyjności zawarte w Podręczniku Program Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś –Ukraina.

Jednocześnie Zamawiający zwrócił się do PHU Technomex sp. z o.o. o przedstawienie dokumentacji, w tym karty katalogowej oferowanego materaca. 28.04.2022 r. Zamawiający otrzymał informację o oferowanym materacu z firmowego e-maila PHU Technomex, z której wynika min. że oferowany materac szpitalny LEDA wyprodukowany przez Optimum Bis sp. z o.o. posiada następujące parametry:

„Materac z uwagi na swoje walory użytkowe jest szczególnie *polecany w profilaktyce przeciwoodleżynowej.*

Podstawowe cechy:

- wkład z wysoko-elastycznej pianki poliuretanowej o grubości 12 cm,
- pokrowiec na zamek błyskawiczny (wykonany z antyalergicznego, nieprzemakalnego i paro-przepuszczalnego materiału antybakteryjnego, antygrzybiczego),
- specjalna konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie bloków, która zapewnia cyrkulację powietrza oraz równomierne rozłożenie nacisku na ciało użytkownika,
- dwie strony materaca zróżnicowane pod względem twardości,
- Certyfikat Oeko – Tex 100,
- Temperatura czyszczenia na mokro: 95°C, Temperatura czyszczenia i prasowania na sucho: 150°C,
- 2 lata gwarancji,
- **Ważne:** materac przystosowany do łóżek z regulowanym stelażem!,
- Długość 200 x szerokość 90 cm kompatybilny z łóżkiem Taurus 2.”

W dniu 29.04.2022 r. do Zamawiającego ponownie wpłynęło wezwanie od Rodion sp. z o.o. o przekazanie dokumentacji dotyczącej oferowanego przez Technomex materaca. W piśmie tym Zamawiający otrzymał dokładny opis parametrów zaoferowanego przez Rodion materaca antyodleżynowego Funke Hyper Foam Plus, który zgodnie z przedłożonymi w postępowaniu certyfikatami i deklaracjami producenta Funke Medical GmbH z/s w Raesfeld (Republika Federalna Niemiec) posiada właściwości antyodleżynowe do II/III stopnia w IV-stopniowej klasie EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Rodion sp. z o.o. zarzuca w powyższym piśmie naruszenie zasady konkurencyjności przez Zamawiającego, który wprowadził w opisie przedmiotu zamówienia wymóg by oferowany materac spełniał funkcję antyodleżynowości a następnie wybrał ofertę, w której zaproponowano materac szpitalny (co wynika z deklaracji zgodności przedstawionej przez Technomex na materac szpitalny LEDA), który jest zalecany w profilaktyce przeciwoodleżynowej, jest wykonany z pianki przeciwoodleżynowej N2538 o gęstości 25 kg/m³. Nie są zaś znane jego właściwości antyodleżynowe do II/III stopnia w IV-stopniowej klasie EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel), które pozwoliłyby na porównanie obu materacy.

Następnie Rodion sp. z o.o. przedstawia argumenty popierające jego zarzut naruszenia konkurencyjności wskazując na funkcję przeciwoodleżynową materaca, która wymaga specjalnej konstrukcji wewnętrznej materaca (materac przeciwoodleżynowy wykonany jest z pianki o zróżnicowanej twardości, której zadaniem jest zmniejszenie ryzyka powstawania odleżyn poprzez redukcję nacisku najbardziej narażonych na odleżyny części ciała pacjenta na materac oraz posiadaniem kanałów powietrznych zapewniających wewnętrzną wentylację celem odprowadzania wilgoci prowadzącej do odparzeń, które są pierwotną przyczyną powstawania odleżyn).

Taka funkcja w materacu ma wpływ na jego cenę.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej ofert spółek Technomex i Rodion Zamawiający doszedł do wniosku, że nieprecyzyjnie opisał przedmiot zamówienia w części

materaca do łóżka, co mogło wprowadzić oferentów w błąd. W związku z powyższym oferenci nie znając szczegółowych parametrów budowy materaca, którego oczekuje wraz z łóżkiem ortopedycznym Zamawiający kierowali się swoją interpretacją „funkcji antyodleżynowości materaca” zawartej w opisie zamówienia i nie mogli złożyć porównywalnych ofert. Jako, że wada ta jest na tym etapie postępowania nieusuwalna Zamawiający unieważnia postępowanie.

Biorąc pod uwagę że Zamawiający chce dołożyć należytej staranności i zgodności z obowiązującego go procedurami, niezbędne jest unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego z zastosowaniem precyzyjnego, szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamość, 04.05.2022 r. w Imieniu Zamawiającego

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
.....
Lucyna Łukomska

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
.....
Kinga Paul